

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> CHAUFFEUR CAMION BENNE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 09	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 37 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,68 L	3,57 L	103,08 %
VEMS	3,67 L	3,02 L	121,52 %
DEP	7,59 L/s	8,62 L/s	88,05 %
VEMS/ CVF	99,73 %	80,77 %	123,47 %
Durée d'expiration	1,44 s	-	
DEMM	5,15 L/s	4,32 L/s	119,21 %
DEMM/ CVF	1,40 s-1	1,05 s-1	133,33 %
DE75	7,47 L/s	7,38 L/s	101,22 %
DE50	5,09 L/s	4,72 L/s	107,84 %
DE25	3,45 L/s	1,97 L/s	175,13 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: