

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1970	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 57	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** TROUBLE VENTILATOIRE RESTRICTIVE



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 48 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,90 L	1,96 L	1,92 L	3,01 L	65,12 %
VEMS	1,78 L	1,83 L	1,82 L	2,45 L	74,69 %
DEP	5,67 L/s	5,79 L/s	7,36 L/s	7,67 L/s	75,49 %
VEMS/ CVF	93,68 %	93,37 %	94,79 %	77,54 %	120,42 %
Durée d'expiration	1,80 s	1,88 s	1,58 s	-	
DEMM	3,29 L/s	3,29 L/s	3,13 L/s	3,49 L/s	94,27 %
DEMM/ CVF	1,73 s-1	1,68 s-1	1,63 s-1	1,01 s-1	166,34 %
DE75	5,51 L/s	5,70 L/s	7,36 L/s	6,70 L/s	85,07 %
DE50	4,05 L/s	3,99 L/s	3,50 L/s	4,04 L/s	98,76 %
DE25	1,24 L/s	1,27 L/s	1,18 L/s	1,43 L/s	88,81 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: