



Nom FOFANA	Adresse
Prénom M'BALLOU	Exposition
Né le 25/12/1985	Profession SUPERVISEUR GENIE CIVIL
Age 38 Ans	Entreprise GPC
Genre Féminin	Service
ID 96	Fumeur Non fumeur
Taille 168 cm	Prescripteur:
Poids 86 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccls/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 29 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,2 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 43 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,82 L	3,56 L	79,21 %
VEMS	2,22 L	2,75 L	3,09 L	89,00 %
DEP	6,67 L/s	8,44 L/s	7,00 L/s	120,57 %
VEMS/ CVF	99,55 %	97,52 %	81,80 %	119,22 %
Durée d'expiration	1,10 s	2,72 s	-	
DEMM	4,37 L/s	4,92 L/s	3,74 L/s	131,55 %
DEMM/ CVF	1,96 s-1	1,74 s-1	1,05 s-1	165,71 %
DE75	6,39 L/s	8,09 L/s	6,05 L/s	133,72 %
DE50	5,32 L/s	5,96 L/s	4,32 L/s	137,96 %
DE25	1,95 L/s	2,34 L/s	1,92 L/s	121,88 %