



<b>Nom</b> BANGOURA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TIDIANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/12/1978	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 256	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 64 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,82 L	2,77 L	3,57 L	78,99 %
VEMS	2,82 L	2,76 L	2,95 L	95,59 %
DEP	6,41 L/s	7,49 L/s	8,48 L/s	75,59 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,64 %	79,16 %	126,33 %
Durée d'expiration	1,34 s	1,40 s	-	
DEMM	5,49 L/s	6,16 L/s	4,01 L/s	136,91 %
DEMM/ CVF	1,95 s-1	2,22 s-1	0,98 s-1	198,98 %
DE75	4,53 L/s	6,94 L/s	7,34 L/s	61,72 %
DE50	5,86 L/s	7,28 L/s	4,59 L/s	127,67 %
DE25	4,11 L/s	2,81 L/s	1,84 L/s	223,37 %