



<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom IMOURANA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 07/01/1987</b>	<b>Profession FERRAILLEUR</b>
<b>Age 37 Ans</b>	<b>Entreprise GPC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 298</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 172 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 58 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,92 L	4,00 L	73,00 %
VEMS	2,92 L	3,33 L	87,69 %
DEP	6,97 L/s	9,13 L/s	76,34 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,59 %	124,08 %
Durée d'expiration	0,98 s	-	
DEMM	5,61 L/s	4,45 L/s	126,07 %
DEMM/ CVF	1,92 s-1	0,97 s-1	197,94 %
DE75	6,58 L/s	7,85 L/s	83,82 %
DE50	5,77 L/s	5,03 L/s	114,71 %
DE25	3,92 L/s	2,18 L/s	179,82 %