

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom DIALLO | Adresse |
| Prénom BALLA | Exposition |
| Né le 22/03/1978 | Profession DIRECTEUR CONSTRUCTION |
| Age 46 Ans | Entreprise GPC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 321 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 191 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 90 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,4 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 56 %



| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Courbe n°2 | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| CVF | 3,32 L | 3,26 L | 4,74 L | 70,04 % |
| VEMS | 3,04 L | 3,03 L | 3,82 L | 79,58 % |
| DEP | 7,62 L/s | 7,36 L/s | 9,91 L/s | 76,89 % |
| VEMS/ CVF | 91,57 % | 92,94 % | 78,98 % | 115,94 % |
| Durée d'expiration | 2,40 s | 1,71 s | - | |
| DEMM | 3,91 L/s | 4,10 L/s | 4,43 L/s | 88,26 % |
| DEMM/ CVF | 1,18 s-1 | 1,26 s-1 | 0,81 s-1 | 145,68 % |
| DE75 | 6,90 L/s | 6,48 L/s | 8,62 L/s | 80,05 % |
| DE50 | 4,39 L/s | 3,94 L/s | 5,47 L/s | 80,26 % |
| DE25 | 2,09 L/s | 2,35 L/s | 2,44 L/s | 85,66 % |