


|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nom BANGOURA                   | Adresse                           |
| Prénom ABDOULAYE               | Exposition                        |
| Né le 05/05/1998               | Profession MANOEUVRE              |
| Age 26 Ans                     | Entreprise GPC                    |
| Genre Masculin                 | Service                           |
| ID 318                         | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 165 cm                  | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 76 kg                    | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur admin admin          |                                   |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                        | Température ambiante : 28,9 °C     |
| Numéro de série : 232707                                        | Pression atmosphérique : 100,8 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 55 %                    |



| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Courbe n°2 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,07 L                  | 3,09 L     | 3,90 L   | 78,72 %   |
| VEMS               | 3,07 L                  | 3,03 L     | 3,35 L   | 91,64 %   |
| DEP                | 5,47 L/s                | 5,32 L/s   | 9,18 L/s | 59,59 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %                | 98,06 %    | 82,56 %  | 121,12 %  |
| Durée d'expiration | 1,60 s                  | 1,48 s     | -        |           |
| DEMM               | 4,90 L/s                | 4,62 L/s   | 4,79 L/s | 102,30 %  |
| DEMM/CVF           | 1,60 s-1                | 1,50 s-1   | 1,07 s-1 | 149,53 %  |
| DE75               | 4,63 L/s                | 4,54 L/s   | 7,78 L/s | 59,51 %   |
| DE50               | 5,04 L/s                | 4,48 L/s   | 5,10 L/s | 98,82 %   |
| DE25               | 3,88 L/s                | 3,32 L/s   | 2,29 L/s | 169,43 %  |