


|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Nom ALPHA OUMAR                | Adresse FOULAMADINA    |
| Prénom DIALLO                  | Exposition             |
| Né le 31/12/1997               | Profession             |
| Age 26 Ans                     | Entreprise             |
| Genre Masculin                 | Service INFORMATICIEN  |
| ID MVWELHY82                   | Fumeur Non fumeur      |
| Taille 173 cm                  | Prescripteur:          |
| Poids 64,4 kg                  | Smoking Pack Years : 0 |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal |                        |
| Opérateur admin admin          |                        |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                        | Température ambiante : 29,2 °C     |
| Numéro de série : 232707                                        | Pression atmosphérique : 100,2 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 43 %                    |



| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 4,48 L                  | 4,94 L   | 90,69 %   |
| VEMS               | 3,97 L                  | 4,19 L   | 94,75 %   |
| DEP                | 7,49 L/s                | 9,67 L/s | 77,46 %   |
| VEMS/CVF           | 88,62 %                 | 82,56 %  | 107,34 %  |
| Durée d'expiration | 1,98 s                  | -        |           |
| DEMM               | 4,66 L/s                | 4,94 L/s | 94,33 %   |
| DEMM/CVF           | 1,04 s-1                | 1,00 s-1 | 104,00 %  |
| DE75               | 7,32 L/s                | 8,22 L/s | 89,05 %   |
| DE50               | 5,56 L/s                | 5,41 L/s | 102,77 %  |
| DE25               | 2,21 L/s                | 2,49 L/s | 88,76 %   |