

<b>Nom</b> AGOFOUNDO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TIMOTHEE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/10/1980	<b>Profession</b> CHEF PATISSIER
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 207	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 96 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	2,58 L	2,80 L	2,83 L	2,42 L	4,45 L	63,60 %
VEMS	2,46 L	2,72 L	2,71 L	2,34 L	3,67 L	73,84 %
DEP	7,87 L/s	7,52 L/s	6,08 L/s	5,48 L/s	-	
VEMS/ CVF	95,35 %	97,14 %	95,76 %	96,69 %	82,24 %	116,44 %
Durée d'expiration	1,62 s	1,46 s	1,70 s	1,45 s	-	
DEMM	4,20 L/s	4,65 L/s	4,60 L/s	3,35 L/s	3,91 L/s	117,65 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,66 s-1	1,63 s-1	1,38 s-1	0,88 s-1	185,23 %
DE75	7,42 L/s	5,94 L/s	4,78 L/s	4,81 L/s	-	
DE50	4,82 L/s	5,84 L/s	5,78 L/s	3,72 L/s	-	
DE25	1,95 L/s	2,87 L/s	3,13 L/s	2,13 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: