

Nom KOUROUMA

Prénom AMINATA

Né le 02/08/1999

Age 24 Ans

Genre Féminin

ID 07

Taille 170 cm

Poids 82 kg

Valeurs prédites Ecgs/Zapletal

Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA

Adresse

Exposition

Profession NETTOYEUR

Entreprise WELHY-CIS

Service

Fumeur Non fumeur

Groupe ethnique Origine africaine

Prescripteur:

Smoking Pack Years : 0



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion: NORMAL

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 41 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,16 L	2,58 L	2,60 L	2,63 L	3,47 L	75,79 %
VEMS	2,11 L	2,54 L	2,55 L	2,57 L	3,04 L	84,54 %
DEP	3,50 L/s	4,54 L/s	4,41 L/s	6,33 L/s	7,50 L/s	84,40 %
VEMS/CVF	97,69 %	98,45 %	98,08 %	97,72 %	84,30 %	115,92 %
Durée d'expiration	1,37 s	2,45 s	1,59 s	1,38 s	-	
DEMM	2,78 L/s	3,78 L/s	3,61 L/s	4,30 L/s	4,20 L/s	102,38 %
DEMM/CVF	1,29 s-1	1,47 s-1	1,39 s-1	1,63 s-1	1,05 s-1	155,24 %
DE75	3,37 L/s	2,89 L/s	4,12 L/s	6,01 L/s	6,44 L/s	93,32 %
DE50	3,08 L/s	4,30 L/s	3,62 L/s	4,68 L/s	4,70 L/s	99,57 %
DE25	1,80 L/s	2,46 L/s	2,42 L/s	2,25 L/s	2,27 L/s	99,12 %