

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b> COBAYA
<b>Prénom</b> RABAB	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b> serveuse
<b>ID</b> MVWELHY/72	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 73,6 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5	Courbe n°6	Courbe n°7	Courbe n°8	Courbe n°9	Courbe n°10	Courbe n°11 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,51 L	2,60 L	0,03 L	2,58 L	2,43 L	2,35 L	2,21 L	2,00 L	-	2,49 L	2,67 L	3,39 L	78,76 %
VEMS	2,51 L	2,50 L	0,03 L	2,55 L	2,43 L	2,35 L	2,21 L	2,00 L	-	2,40 L	2,54 L	2,95 L	86,10 %
DEP	4,21 L/s	3,58 L/s	0,24 L/s	5,21 L/s	4,47 L/s	4,02 L/s	5,39 L/s	4,43 L/s	0,46 L/s	3,50 L/s	3,45 L/s	6,77 L/s	50,96 %
VEMS/ CVF	100,00 %	96,15 %	100,00 %	98,84 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	96,39 %	95,13 %	83,15 %	114,41 %
Durée d'exp	1,27 s	1,66 s	1,03 s	1,33 s	1,22 s	1,42 s	1,21 s	0,92 s	0,10 s	1,58 s	1,81 s	-	
DEMM	3,57 L/s	3,11 L/s	0,02 L/s	4,04 L/s	3,95 L/s	3,58 L/s	4,74 L/s	3,83 L/s	0,19 L/s	3,27 L/s	3,08 L/s	3,87 L/s	79,59 %
DEMM/ CVF	1,42 s-1	1,20 s-1	0,67 s-1	1,57 s-1	1,63 s-1	1,52 s-1	2,14 s-1	1,92 s-1	-	1,31 s-1	1,15 s-1	1,14 s-1	100,88 %
DE75	2,91 L/s	2,62 L/s	0,17 L/s	4,99 L/s	3,97 L/s	3,07 L/s	5,18 L/s	4,25 L/s	0,11 L/s	3,18 L/s	2,71 L/s	5,97 L/s	45,39 %
DE50	3,85 L/s	3,32 L/s	0,07 L/s	4,23 L/s	4,11 L/s	3,78 L/s	5,08 L/s	3,72 L/s	0,42 L/s	3,38 L/s	3,32 L/s	4,30 L/s	77,21 %
DE25	2,65 L/s	2,72 L/s	0,09 L/s	2,66 L/s	2,87 L/s	2,95 L/s	3,35 L/s	2,94 L/s	0,41 L/s	2,84 L/s	2,68 L/s	2,01 L/s	133,33 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: