



<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMINATA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/04/2000	<b>Profession</b> PLONGEUR
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 43	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** TROUBLE VENTILATOIRE MIXTE

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 48 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,30 L	2,36 L	2,24 L	4,12 L	55,83 %
VEMS	2,29 L	2,18 L	2,17 L	3,61 L	63,43 %
DEP	6,03 L/s	3,99 L/s	5,37 L/s	7,66 L/s	78,72 %
VEMS/CVF	99,57 %	92,37 %	96,87 %	84,30 %	118,11 %
Durée d'expiration	1,17 s	2,07 s	2,47 s	-	
DEMM	3,69 L/s	2,68 L/s	3,17 L/s	4,24 L/s	87,03 %
DEMM/CVF	1,60 s-1	1,14 s-1	1,42 s-1	1,03 s-1	155,34 %
DE75	5,13 L/s	3,49 L/s	4,76 L/s	6,54 L/s	78,44 %
DE50	3,46 L/s	2,91 L/s	3,07 L/s	4,77 L/s	72,54 %
DE25	2,63 L/s	1,52 L/s	2,14 L/s	2,30 L/s	114,35 %