

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 11/07/1990	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1571	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 63 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,02 L	5,30 L	3,60 L	147,22 %
VEMS	1,02 L	5,19 L	3,00 L	173,00 %
DEP	1,97 L/s	8,18 L/s	7,40 L/s	110,54 %
VEMS/CVF	100,00 %	97,92 %	84,72 %	115,58 %
Durée d'expiration	1,08 s	1,48 s	-	
DEMM	1,36 L/s	7,36 L/s	3,33 L/s	221,02 %
DEMM/CVF	1,33 s-1	1,39 s-1	0,92 s-1	151,09 %
DE75	1,61 L/s	7,97 L/s	-	
DE50	1,20 L/s	7,94 L/s	-	
DE25	0,93 L/s	4,79 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: