

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BOYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 858	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,28 L	3,34 L	4,63 L	72,14 %
VEMS	3,04 L	3,18 L	3,89 L	81,75 %
DEP	6,45 L/s	6,86 L/s	10,06 L/s	68,19 %
VEMS/CVF	92,68 %	95,21 %	82,38 %	115,57 %
Durée d'expiration	2,64 s	2,25 s	-	
DEMM	3,83 L/s	4,75 L/s	5,04 L/s	94,25 %
DEMM/CVF	1,17 s-1	1,42 s-1	0,95 s-1	149,47 %
DE75	6,31 L/s	6,43 L/s	8,57 L/s	75,03 %
DE50	4,15 L/s	5,45 L/s	5,64 L/s	96,63 %
DE25	2,16 L/s	2,82 L/s	2,65 L/s	106,42 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: