

**Nom** BERETE  
**Prénom** SEKOU  
**Né le** 02/01/1999  
**Age** 25 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 0818  
**Taille** 167 cm  
**Poids** 58 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,7 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 42 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,35 L	2,29 L	2,17 L	4,57 L	51,42 %
VEMS	2,35 L	2,29 L	2,17 L	3,87 L	60,72 %
DÉP	8,70 L/s	8,96 L/s	9,46 L/s	8,83 L/s	98,53 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,08 %	118,93 %
Durée d'expiration	0,73 s	0,68 s	0,84 s	-	
DEMM	6,24 L/s	6,86 L/s	6,71 L/s	4,24 L/s	147,17 %
DEMM/ CVF	2,66 s-1	3,00 s-1	3,09 s-1	0,93 s-1	286,02 %
DE75	8,68 L/s	8,76 L/s	9,04 L/s	6,77 L/s	128,21 %
DE50	6,06 L/s	7,21 L/s	6,74 L/s	4,97 L/s	121,93 %
DE25	4,44 L/s	4,62 L/s	4,83 L/s	2,12 L/s	209,43 %