Examen réalisé le 10/05/2024 à 13:48

Nom CAMARA	**Adresse**
Prénom MAMADY	**Exposition**
Né le 01/01/1992	**Profession** MANOEUVRE
Age 32 Ans	**Entreprise** CR8
Genre Masculin	**Service**
ID 874	**Fumeur** Non fumeur
Taille 164 cm	**Groupe ethnique** Origine africaine
Poids 70 kg	**Prescripteur:**
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	**Smoking Pack Years :** 0
Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO	

Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,3 °C
Pression atmosphérique : 94,1 kPa
Humidité : 68 %







Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,68 L	2,11 L	1,88 L	3,71 L	72,24 %
VEMS	2,49 L	1,94 L	1,83 L	3,16 L	78,80 %
DEP	3,94 L/s	3,50 L/s	3,61 L/s	8,86 L/s	44,47 %
VEMS/CVF	92,91 %	91,94 %	97,34 %	81,48 %	114,03 %
Durée d'expiration	1,48 s	1,62 s	1,81 s	-	
DEMM	3,25 L/s	2,10 L/s	2,93 L/s	4,51 L/s	72,06 %
DEMM/CVF	1,21 s-1	1,00 s-1	1,56 s-1	1,06 s-1	114,15 %
DE75	3,68 L/s	3,50 L/s	3,34 L/s	7,55 L/s	48,74 %
DE50	3,62 L/s	2,14 L/s	3,09 L/s	4,88 L/s	74,18 %
DE25	1,84 L/s	1,35 L/s	1,64 L/s	2,10 L/s	87,62 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur:

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51