

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KARAMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 893	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,3 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %



~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	3,13 L	3,94 L	79,44 %
VEMS	2,50 L	3,06 L	3,31 L	92,45 %
DEP	4,43 L/s	6,76 L/s	9,10 L/s	74,29 %
VEMS/ CVF	82,78 %	97,76 %	80,94 %	120,78 %
Durée d'expiration	3,34 s	2,23 s	-	
DEMM	2,64 L/s	5,04 L/s	4,50 L/s	112,00 %
DEMM/ CVF	0,87 s-1	1,61 s-1	0,99 s-1	162,63 %
DE75	4,43 L/s	6,40 L/s	7,80 L/s	82,05 %
DE50	3,11 L/s	4,95 L/s	5,01 L/s	98,80 %
DE25	1,12 L/s	3,16 L/s	2,18 L/s	144,95 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: