

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1987	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3711	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 37 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,47 L	3,31 L	3,98 L	87,19 %
VEMS	3,12 L	2,95 L	3,30 L	94,55 %
DEP	9,13 L/s	8,51 L/s	8,61 L/s	106,04 %
VEMS/CVF	89,91 %	89,12 %	82,48 %	109,01 %
Durée d'expiration	1,90 s	1,74 s	-	
DEMM	3,76 L/s	3,56 L/s	3,60 L/s	104,44 %
DEMM/CVF	1,08 s-1	1,08 s-1	0,90 s-1	120,00 %
DE75	6,64 L/s	5,93 L/s	-	
DE50	3,99 L/s	4,27 L/s	-	
DE25	2,16 L/s	2,03 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: