



<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YAYA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1991	<b>Profession</b> FLAGMAN
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8981	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,47 L	3,59 L	3,46 L	3,54 L	101,41 %
VEMS	2,54 L	2,76 L	2,69 L	2,98 L	92,62 %
DEP	3,41 L/s	4,11 L/s	4,36 L/s	7,92 L/s	51,89 %
VEMS/CVF	73,20 %	76,88 %	77,75 %	83,02 %	92,60 %
Durée d'expiration	3,19 s	3,12 s	2,92 s	-	
DEMM	2,19 L/s	2,45 L/s	2,45 L/s	3,42 L/s	71,64 %
DEMM/CVF	0,63 s-1	0,68 s-1	0,71 s-1	0,97 s-1	70,10 %
DE75	3,31 L/s	3,93 L/s	4,10 L/s	-	
DE50	2,68 L/s	2,66 L/s	2,88 L/s	-	
DE25	1,25 L/s	1,55 L/s	1,04 L/s	-	