



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOLO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9590	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 64 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,07 L	3,17 L	3,17 L	4,02 L	76,37 %
VEMS	3,07 L	3,17 L	3,17 L	3,35 L	91,64 %
DEP	9,63 L/s	9,47 L/s	9,18 L/s	8,70 L/s	110,69 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	0,73 s	0,86 s	0,93 s	-	
DEMM	6,22 L/s	5,59 L/s	5,38 L/s	3,69 L/s	168,56 %
DEMM/CVF	2,03 s-1	1,76 s-1	1,70 s-1	0,92 s-1	220,65 %
DE75	8,97 L/s	9,10 L/s	8,53 L/s	-	
DE50	6,47 L/s	6,35 L/s	4,76 L/s	-	
DE25	3,92 L/s	3,34 L/s	3,67 L/s	-	