

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 553	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 67 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,81 L	4,04 L	94,31 %
VEMS	3,59 L	3,41 L	105,28 %
DEP	7,47 L/s	9,27 L/s	80,58 %
VEMS/ CVF	94,23 %	81,66 %	115,39 %
Durée d'expiration	2,35 s	-	
DEMM	4,34 L/s	4,67 L/s	92,93 %
DEMM/ CVF	1,14 s-1	1,01 s-1	112,87 %
DE75	6,83 L/s	7,91 L/s	86,35 %
DE50	6,38 L/s	5,14 L/s	124,12 %
DE25	1,97 L/s	2,29 L/s	86,03 %