

<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/03/1993	<b>Profession</b> ASSISTANT ADMINISTRATIF
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 31	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 81 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,5 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 39 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,36 L	3,69 L	3,91 L	5,35 L	73,08 %
VEMS	3,34 L	3,64 L	3,48 L	4,47 L	77,85 %
DEP	8,99 L/s	7,74 L/s	8,31 L/s	10,05 L/s	82,69 %
VEMS/CVF	99,40 %	98,64 %	89,00 %	81,84 %	108,75 %
Durée d'expiration	1,23 s	1,34 s	3,08 s	-	
DEMM	5,23 L/s	5,14 L/s	4,14 L/s	4,95 L/s	83,64 %
DEMM/CVF	1,56 s-1	1,39 s-1	1,06 s-1	0,93 s-1	113,98 %
DE75	6,95 L/s	7,39 L/s	6,15 L/s	8,60 L/s	71,51 %
DE50	5,43 L/s	5,06 L/s	4,54 L/s	5,62 L/s	80,78 %
DE25	3,39 L/s	3,55 L/s	2,12 L/s	2,63 L/s	80,61 %