

<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUTAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/04/2002	<b>Profession</b> COOK ASSISTANT
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 19	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,2 °C  
 Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Humidité : 43 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,78 L	2,83 L	3,00 L	4,22 L	71,09 %
VEMS	2,71 L	2,74 L	2,77 L	3,66 L	75,68 %
DEP	7,53 L/s	7,99 L/s	6,38 L/s	8,91 L/s	71,60 %
VEMS/ CVF	97,48 %	96,82 %	92,33 %	82,74 %	111,59 %
Durée d'expiration	1,45 s	1,44 s	2,92 s	-	
DEMM	4,82 L/s	4,93 L/s	4,40 L/s	4,73 L/s	93,02 %
DEMM/ CVF	1,73 s-1	1,74 s-1	1,47 s-1	1,12 s-1	131,25 %
DE75	7,42 L/s	7,69 L/s	5,81 L/s	7,54 L/s	77,06 %
DE50	5,61 L/s	5,53 L/s	5,26 L/s	4,94 L/s	106,48 %
DE25	2,32 L/s	2,19 L/s	2,13 L/s	2,18 L/s	97,71 %