

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 990	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 74 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,46 L	3,77 L	91,78 %
VEMS	3,41 L	3,26 L	104,60 %
DEP	8,06 L/s	9,04 L/s	89,16 %
VEMS/ CVF	98,55 %	82,74 %	119,11 %
Durée d'expiration	1,95 s	-	
DEMM	5,66 L/s	4,77 L/s	118,66 %
DEMM/ CVF	1,64 s-1	1,10 s-1	149,09 %
DE75	7,83 L/s	7,65 L/s	102,35 %
DE50	5,96 L/s	5,02 L/s	118,73 %
DE25	3,32 L/s	2,23 L/s	148,88 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: