



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2004	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 20 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 137	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,2 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 39 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,55 L	4,73 L	75,05 %
VEMS	3,55 L	4,05 L	87,65 %
DEP	9,51 L/s	9,47 L/s	100,42 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,93 s	-	
DEMM	5,44 L/s	4,91 L/s	110,79 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,04 s-1	147,12 %
DE75	8,58 L/s	8,03 L/s	106,85 %
DE50	6,19 L/s	5,28 L/s	117,23 %
DE25	2,95 L/s	2,42 L/s	121,90 %