



<b>Nom</b> GUILAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BALLA JUSTIN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8179	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,95 L	4,05 L	3,94 L	3,56 L	113,76 %
VEMS	3,71 L	3,96 L	3,76 L	2,97 L	133,33 %
DEP	8,03 L/s	7,89 L/s	7,28 L/s	7,93 L/s	99,50 %
VEMS/CVF	93,92 %	97,78 %	95,43 %	82,66 %	118,29 %
Durée d'expiration	1,42 s	1,26 s	1,43 s	-	
DEMM	5,02 L/s	5,34 L/s	5,00 L/s	3,37 L/s	158,46 %
DEMM/CVF	1,27 s-1	1,32 s-1	1,27 s-1	0,95 s-1	138,95 %
DE75	7,18 L/s	7,63 L/s	6,68 L/s	-	
DE50	5,24 L/s	5,87 L/s	5,31 L/s	-	
DE25	2,83 L/s	3,32 L/s	2,85 L/s	-	