


|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom KOUROUMA                    | Adresse                           |
| Prénom AYOUBA                   | Exposition                        |
| Né le 01/01/1998                | Profession MANOEUVRE              |
| Age 26 Ans                      | Entreprise CR18                   |
| Genre Masculin                  | Service                           |
| ID 945                          | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 174 cm                   | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 71 kg                     | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal  | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO |                                   |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,4 °C  
Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 65 %



| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,99 L     | 3,58 L               | 4,35 L   | 82,30 %   |
| VEMS               | 2,97 L     | 3,58 L               | 3,69 L   | 97,02 %   |
| DEP                | 9,37 L/s   | 8,74 L/s             | 9,73 L/s | 89,83 %   |
| VEMS/ CVF          | 99,33 %    | 100,00 %             | 82,56 %  | 121,12 %  |
| Durée d'expiration | 1,21 s     | 1,18 s               | -        |           |
| DEMM               | 3,77 L/s   | 5,65 L/s             | 4,96 L/s | 113,91 %  |
| DEMM/ CVF          | 1,26 s-1   | 1,58 s-1             | 0,99 s-1 | 159,60 %  |
| DE75               | 8,07 L/s   | 8,43 L/s             | 8,27 L/s | 101,93 %  |
| DE50               | 3,54 L/s   | 5,78 L/s             | 5,44 L/s | 106,25 %  |
| DE25               | 2,67 L/s   | 3,54 L/s             | 2,52 L/s | 140,48 %  |