



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VAFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1513	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,76 L	3,68 L	4,19 L	87,83 %
VEMS	2,76 L	3,35 L	3,53 L	94,90 %
DEP	8,13 L/s	4,79 L/s	9,03 L/s	53,05 %
VEMS/CVF	100,00 %	91,03 %	83,94 %	108,45 %
Durée d'expiration	0,73 s	2,12 s	-	
DEMM	6,27 L/s	4,27 L/s	3,98 L/s	107,29 %
DEMM/CVF	2,27 s-1	1,16 s-1	0,95 s-1	122,11 %
DE75	8,08 L/s	4,52 L/s	-	
DE50	6,30 L/s	4,06 L/s	-	
DE25	4,40 L/s	3,19 L/s	-	