

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9770	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 158 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,8 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 65 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,03 L	1,56 L	1,98 L	3,40 L	59,71 %
VEMS	2,03 L	1,56 L	1,98 L	2,87 L	70,73 %
DÉP	7,82 L/s	4,93 L/s	6,06 L/s	7,70 L/s	101,56 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,21 %	120,18 %
Durée d'expiration	0,88 s	0,61 s	0,95 s	-	
DEMM	3,56 L/s	3,47 L/s	3,52 L/s	3,36 L/s	105,95 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	2,22 s-1	1,78 s-1	0,99 s-1	176,77 %
DE75	6,54 L/s	4,58 L/s	5,58 L/s	-	
DE50	4,26 L/s	3,52 L/s	4,10 L/s	-	
DE25	1,72 L/s	2,31 L/s	1,32 L/s	-	