

<b>Nom</b> PANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HUILEI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/11/1996	<b>Profession</b> CARPENTER
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7089	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 24,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 75 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,54 L	3,60 L	3,63 L	4,37 L	82,38 %
VEMS	3,22 L	3,42 L	3,16 L	3,75 L	91,20 %
DEP	8,46 L/s	5,45 L/s	4,21 L/s	9,03 L/s	60,35 %
VEMS/CVF	90,96 %	95,00 %	87,05 %	82,20 %	115,57 %
Durée d'expiration	1,59 s	1,81 s	1,90 s	-	
DEMM	4,04 L/s	4,09 L/s	3,11 L/s	4,68 L/s	87,39 %
DEMM/CVF	1,14 s-1	1,14 s-1	0,86 s-1	1,07 s-1	106,54 %
DE75	7,85 L/s	5,12 L/s	3,87 L/s	7,67 L/s	66,75 %
DE50	5,43 L/s	4,01 L/s	2,87 L/s	5,00 L/s	80,20 %
DE25	1,89 L/s	3,02 L/s	2,80 L/s	2,21 L/s	136,65 %