

<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/09/1989	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3811	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 88 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 30 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,98 L	3,35 L	3,96 L	84,60 %
VEMS	2,98 L	3,35 L	3,30 L	101,52 %
DEP	10,62 L/s	9,79 L/s	8,60 L/s	113,84 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	1,31 s	1,13 s	-	
DEMM	5,78 L/s	5,81 L/s	3,65 L/s	159,18 %
DEMM/ CVF	1,94 s-1	1,73 s-1	0,92 s-1	188,04 %
DE75	9,23 L/s	8,90 L/s	-	
DE50	5,65 L/s	6,26 L/s	-	
DE25	3,56 L/s	3,43 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: