

<b>Nom</b> QIANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SHUANGGLE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 14/01/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8051	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 5
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,4 °C  
 Pression atmosphérique : 94,7 kPa  
 Humidité : 67 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,56 L	4,48 L	4,83 L	92,75 %
VEMS	3,68 L	3,85 L	3,96 L	97,22 %
DÉP	5,02 L/s	7,89 L/s	9,41 L/s	83,85 %
VEMS/ CVF	80,70 %	85,94 %	81,66 %	105,24 %
Durée d'expiration	3,81 s	2,55 s	-	
DEMM	3,72 L/s	4,37 L/s	4,07 L/s	107,37 %
DEMM/ CVF	0,82 s-1	0,98 s-1	0,84 s-1	116,67 %
DE75	4,75 L/s	7,13 L/s	-	
DE50	3,85 L/s	5,56 L/s	-	
DE25	2,08 L/s	1,90 L/s	-	