

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 943	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 65 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,25 L	3,80 L	85,53 %
VEMS	3,16 L	3,26 L	96,93 %
DEP	7,16 L/s	9,03 L/s	79,29 %
VEMS/ CVF	97,23 %	82,20 %	118,28 %
Durée d'expiration	2,10 s	-	
DEMM	4,98 L/s	4,68 L/s	106,41 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,07 s-1	142,99 %
DE75	6,84 L/s	7,67 L/s	89,18 %
DE50	4,96 L/s	5,00 L/s	99,20 %
DE25	3,07 L/s	2,21 L/s	138,91 %