

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SEKOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1984</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 40 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 518</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 176 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 92 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,44 L	4,13 L	83,29 %
VEMS	3,24 L	3,41 L	95,01 %
DEP	6,22 L/s	9,25 L/s	67,24 %
VEMS/ CVF	94,19 %	80,05 %	117,66 %
Durée d'expiration	1,50 s	-	
DEMM	4,51 L/s	4,40 L/s	102,50 %
DEMM/ CVF	1,31 s-1	0,93 s-1	140,86 %
DE75	6,04 L/s	7,98 L/s	75,69 %
DE50	4,98 L/s	5,09 L/s	97,84 %
DE25	2,42 L/s	2,21 L/s	109,50 %