



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> DUMP TRUCK DRIVER
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 156	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,78 L	3,73 L	4,79 L	77,87 %
VEMS	3,14 L	3,27 L	4,09 L	79,95 %
DEP	5,79 L/s	7,13 L/s	9,53 L/s	74,82 %
VEMS/ CVF	83,07 %	87,67 %	82,74 %	105,96 %
Durée d'expiration	2,61 s	1,66 s	-	
DEMM	3,09 L/s	3,49 L/s	4,93 L/s	70,79 %
DEMM/ CVF	0,82 s-1	0,94 s-1	1,03 s-1	91,26 %
DE75	5,15 L/s	5,91 L/s	8,09 L/s	73,05 %
DE50	3,36 L/s	3,53 L/s	5,32 L/s	66,35 %
DE25	1,66 L/s	1,83 L/s	2,44 L/s	75,00 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: