



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> DUP DRIVER
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 239	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,39 L	4,63 L	73,22 %
VEMS	3,39 L	3,94 L	86,04 %
DEP	6,76 L/s	9,29 L/s	72,77 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	1,14 s	-	
DEMM	5,44 L/s	4,74 L/s	114,77 %
DEMM/CVF	1,60 s-1	1,02 s-1	156,86 %
DE75	6,03 L/s	7,91 L/s	76,23 %
DE50	5,76 L/s	5,16 L/s	111,63 %
DE25	3,27 L/s	2,31 L/s	141,56 %