## Examen réalisé le 29/04/2024 à 13:20

Nom CAMARA Prénom MOUSSA Né le 01/01/1990

**Age** 34 Ans

Genre Masculin

ID 489 Taille 180 cm Poids 61 kg

Valeurs prédites Knudson

Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO

Adresse Exposition

**Profession** MANOEUVRE

**Entreprise** CR18

Service

Fumeur Non fumeur

**Groupe ethnique** Origine africaine

Prescripteur:

**Smoking Pack Years:** 0





**MEDVIE**CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

## **Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 28,7 °C Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024  $\,$  Humidité : 47  $\,$ %





Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,74 L	3,66 L	3,71 L	5,40 L	69,26 %
VEMS	3,57 L	3,41 L	3,51 L	4,47 L	79,87 %
DEP	5,05 L/s	4,75 L/s	5,62 L/s	9,74 L/s	51,85 %
VEMS/CVF	95,45 %	93,17 %	94,61 %	83,13 %	114,82 %
Durée d'expiration	1,67 s	1,82 s	1,80 s	-	
DEMM	4,37 L/s	4,08 L/s	4,84 L/s	4,67 L/s	93,58 %
DEMM/CVF	1,17 s-1	1,11 s-1	1,30 s-1	0,86 s-1	136,05 %
DE75	4,48 L/s	4,36 L/s	5,07 L/s	7,60 L/s	58,95 %
DE50	4,57 L/s	4,18 L/s	5,07 L/s	5,53 L/s	82,64 %
DE25	3,38 L/s	2,93 L/s	3,19 L/s	2,32 L/s	145,69 %