

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1991	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 549	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 81 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 25,4 °C  
 Pression atmosphérique : 94,6 kPa  
 Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	4,18 L	72,49 %
VEMS	3,02 L	3,51 L	86,04 %
DEP	7,57 L/s	9,43 L/s	80,28 %
VEMS/ CVF	99,67 %	81,30 %	122,60 %
Durée d'expiration	2,38 s	-	
DEMM	5,30 L/s	4,66 L/s	113,73 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	0,97 s-1	180,41 %
DE75	7,29 L/s	8,07 L/s	90,33 %
DE50	5,34 L/s	5,23 L/s	102,10 %
DE25	3,52 L/s	2,34 L/s	150,43 %