

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2003	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1439	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,75 L	3,58 L	4,51 L	79,38 %
VEMS	2,74 L	3,52 L	3,88 L	90,72 %
DEP	7,32 L/s	7,47 L/s	8,45 L/s	88,40 %
VEMS/ CVF	99,64 %	98,32 %	84,50 %	116,36 %
Durée d'expiration	1,27 s	1,45 s	-	
DEMM	4,17 L/s	5,06 L/s	4,37 L/s	115,79 %
DEMM/ CVF	1,52 s-1	1,41 s-1	0,97 s-1	145,36 %
DE75	6,41 L/s	6,97 L/s	7,73 L/s	90,17 %
DE50	3,54 L/s	5,30 L/s	5,09 L/s	104,13 %
DE25	3,34 L/s	3,13 L/s	2,27 L/s	137,89 %