



| | |
|--|----------------------------------|
| Nom TRAORE | Adresse |
| Prénom FASSOU | Exposition |
| Né le 01/01/1977 | Profession MANOEUVRE |
| Age 47 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service |
| ID 331 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 160 cm | Groupe ethnique Caucasien |
| Poids 52 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 28,6 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 698,3 mmHg
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 46 %



| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Courbe n°2 | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| CVF | 2,91 L | 2,25 L | 4,01 L | 72,57 % |
| VEMS | 2,91 L | 2,25 L | 3,17 L | 91,80 % |
| DEP | 6,66 L/s | 4,38 L/s | 8,46 L/s | 78,72 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 100,00 % | 78,36 % | 127,62 % |
| Durée d'expiration | 0,96 s | 1,30 s | - | |
| DEMM | 4,40 L/s | 3,90 L/s | 3,00 L/s | 146,67 % |
| DEMM/ CVF | 1,51 s-1 | 1,73 s-1 | 0,75 s-1 | 201,33 % |
| DE75 | 5,27 L/s | 3,59 L/s | - | |
| DE50 | 4,62 L/s | 4,11 L/s | - | |
| DE25 | 3,74 L/s | 3,19 L/s | - | |

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: