



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KALILOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/06/1999	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 268	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 51 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	4,39 L	71,53 %
VEMS	3,14 L	3,79 L	82,85 %
DEP	7,98 L/s	9,10 L/s	87,69 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,14 s	-	
DEMM	3,89 L/s	4,79 L/s	81,21 %
DEMM/ CVF	1,24 s-1	1,09 s-1	113,76 %
DE75	6,76 L/s	7,70 L/s	87,79 %
DE50	3,88 L/s	5,06 L/s	76,68 %
DE25	3,15 L/s	2,26 L/s	139,38 %