

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2005	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 19 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1322	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,95 L	4,42 L	89,37 %
VEMS	3,95 L	3,75 L	105,33 %
DEP	10,98 L/s	9,83 L/s	111,70 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,12 s	-	
DEMM	6,51 L/s	5,03 L/s	129,42 %
DEMM/ CVF	1,65 s-1	0,99 s-1	166,67 %
DE75	10,81 L/s	8,36 L/s	129,31 %
DE50	6,06 L/s	5,51 L/s	109,98 %
DE25	5,29 L/s	2,57 L/s	205,84 %