

<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YOUSOUF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/05/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1500	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 51 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,61 L	3,75 L	4,81 L	77,96 %
VEMS	1,61 L	3,75 L	4,02 L	93,28 %
DEP	2,95 L/s	6,34 L/s	9,09 L/s	69,75 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	83,44 %	119,85 %
Durée d'expiration	1,36 s	1,34 s	-	
DEMM	2,67 L/s	5,50 L/s	4,31 L/s	127,61 %
DEMM/ CVF	1,66 s-1	1,47 s-1	0,90 s-1	163,33 %
DE75	1,89 L/s	5,56 L/s	7,00 L/s	79,43 %
DE50	2,69 L/s	5,77 L/s	5,09 L/s	113,36 %
DE25	2,84 L/s	4,12 L/s	2,14 L/s	192,52 %