

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/07/1993	<b>Profession</b> MANEOUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 458	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	0,82 L	2,71 L	2,21 L	4,42 L	61,31 %
VEMS	0,82 L	2,71 L	2,21 L	3,72 L	72,85 %
DÉP	4,47 L/s	8,46 L/s	7,88 L/s	8,66 L/s	97,69 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,55 %	119,69 %
Durée d'expiration	0,74 s	1,06 s	0,91 s	-	
DEMM	2,45 L/s	5,27 L/s	5,58 L/s	4,06 L/s	129,80 %
DEMM/ CVF	2,99 s <sup>-1</sup>	1,94 s <sup>-1</sup>	2,52 s <sup>-1</sup>	0,92 s <sup>-1</sup>	210,87 %
DE75	3,46 L/s	7,86 L/s	7,58 L/s	6,60 L/s	119,09 %
DE50	2,41 L/s	5,52 L/s	5,60 L/s	4,78 L/s	115,48 %
DE25	1,74 L/s	3,34 L/s	3,92 L/s	2,01 L/s	166,17 %