

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2006	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 18 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 899	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,5 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 42 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,95 L	2,82 L	4,06 L	72,66 %
VEMS	2,95 L	2,82 L	3,48 L	84,77 %
DÉP	7,21 L/s	7,39 L/s	7,64 L/s	94,37 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	84,81 %	117,91 %
Durée d'expiration	0,82 s	0,89 s	-	
DEMM	5,03 L/s	4,43 L/s	3,93 L/s	127,99 %
DEMM/ CVF	1,71 s-1	1,57 s-1	0,97 s-1	176,29 %
DE75	7,18 L/s	6,83 L/s	7,01 L/s	102,43 %
DE50	5,36 L/s	4,37 L/s	4,53 L/s	118,32 %
DE25	3,50 L/s	2,60 L/s	2,13 L/s	164,32 %