

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SIDIKI</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1998</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 26 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 617</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 179 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 67 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,99 L	4,26 L	4,59 L	92,81 %
VEMS	3,73 L	4,12 L	3,87 L	106,46 %
DEP	5,21 L/s	6,66 L/s	10,04 L/s	66,33 %
VEMS/ CVF	93,48 %	96,71 %	82,56 %	117,14 %
Durée d'expiration	1,62 s	1,52 s	-	
DEMM	4,27 L/s	5,22 L/s	5,06 L/s	103,16 %
DEMM/ CVF	1,07 s-1	1,23 s-1	0,96 s-1	128,12 %
DE75	5,00 L/s	6,16 L/s	8,55 L/s	72,05 %
DE50	4,29 L/s	5,49 L/s	5,63 L/s	97,51 %
DE25	3,01 L/s	3,88 L/s	2,65 L/s	146,42 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: