

<b>Nom</b> CONNDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 843	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,12 L	4,91 L	83,91 %
VEMS	4,01 L	4,18 L	95,93 %
DEP	8,03 L/s	9,65 L/s	83,21 %
VEMS/CVF	97,33 %	82,74 %	117,63 %
Durée d'expiration	2,28 s	-	
DEMM	5,61 L/s	4,97 L/s	112,88 %
DEMM/CVF	1,36 s-1	1,01 s-1	134,65 %
DE75	8,03 L/s	8,19 L/s	98,05 %
DE50	5,82 L/s	5,40 L/s	107,78 %
DE25	3,46 L/s	2,49 L/s	138,96 %