

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/01/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1052	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,01 L	4,02 L	99,75 %
VEMS	4,01 L	3,45 L	116,23 %
DEP	9,65 L/s	9,34 L/s	103,32 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,11 s	-	
DEMM	7,12 L/s	4,87 L/s	146,20 %
DEMM/CVF	1,78 s-1	1,05 s-1	169,52 %
DE75	9,20 L/s	7,92 L/s	116,16 %
DE50	7,11 L/s	5,21 L/s	136,47 %
DE25	4,88 L/s	2,36 L/s	206,78 %