Examen réalisé le 12/03/2025 à 06:57

Nom DIAKITE Prénom AMADOU **Né le** 26/05/1990

Age 34 Ans Genre Masculin

ID 4449 Taille 174 cm

Poids 64 kg Valeurs prédites Eccs/Zapletal Opérateur BAH OUMOU SALAMATA Adresse **Exposition**

Profession FUEL TANK DRIVER

Entreprise CR18

Service

Fumeur Non fumeur

Groupe ethnique Origine africaine

Prescripteur:

Smoking Pack Years: 0




Fim medical 51 rue Primat


+33 (0)4 72 34 89 89 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué: V01.02.00 Température ambiante : 34,8 °C Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique: 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 48 %





Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,30 L	3,56 L	4,17 L	85,37 %
VEMS	3,03 L	3,10 L	3,49 L	88,83 %
DEP	9,24 L/s	10,01 L/s	9,39 L/s	106,60 %
VEMS/CVF	91,82 %	87,08 %	81,12 %	107,35 %
Durée d'expiration	2,84 s	2,20 s	-	
DEMM	3,99 L/s	3,46 L/s	4,62 L/s	74,89 %
DEMM/CVF	1,21 s-1	0,97 s-1	0,96 s-1	101,04 %
DE75	8,30 L/s	8,09 L/s	8,04 L/s	100,62 %
DE50	5,44 L/s	4,60 L/s	5,20 L/s	88,46 %
DE25	1,38 L/s	1,74 L/s	2,31 L/s	75,32 %