



<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom FODE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1997	<b>Profession</b> EXCAVATOR OPERATOR
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 172	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 80 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,18 L	5,49 L	76,14 %
VEMS	3,73 L	4,60 L	81,09 %
DEP	8,48 L/s	10,24 L/s	82,81 %
VEMS/ CVF	89,23 %	82,38 %	108,32 %
Durée d'expiration	3,19 s	-	
DEMM	4,42 L/s	5,10 L/s	86,67 %
DEMM/ CVF	1,06 s-1	0,93 s-1	113,98 %
DE75	7,28 L/s	8,74 L/s	83,30 %
DE50	4,86 L/s	5,75 L/s	84,52 %
DE25	2,16 L/s	2,73 L/s	79,12 %